



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 0357 / DIPARTIMENTO SERV. TECNICO AMMINISTRATIVI /  
U.O.C. PROVV. ECON. GEST. LOGIST.

**Oggetto:** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per avvio Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 per la Fornitura di N.03 Autoclavi di sterilizzazione per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotona, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**Importo a base d'asta: Euro 65.000,00**

**0,9 MAR. 2021**

In data \_\_\_\_\_, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/U.O.C: Provv. Econom. Gest. Logist., sita in Crotona c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto per la fornitura di N.03 Autoclavi di sterilizzazione per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotona;

VISTA l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 stesso decreto, di ricorrere ad una procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4/2016 approvate con Delibera 1097 in data 26/10/2016, relative alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che prevedono da parte delle Stazioni appaltanti l'espletamento di indagini di mercato al fine di

individuare gli Operatori Economici che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto;

#### CONSTATATO

CHE non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con l'oggetto di affidamento delle presente procedura;

CHE la suddetta fornitura di che trattasi, non è contemplata nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 14 dicembre 2015 per le quali le gare dovrebbero essere gestite dal cosiddetti soggetti aggregatori tra i quali, costituisce di diritto soggetto aggregatore l'Autorità Regionale della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del D.L. 66/2014;

#### VALUTATO

che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore a Euro 221.000,00 (soglia di rilievo comunitario) e precisamente di €. 65.000,00;

#### DATO ATTO

CHE, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

l'oggetto del contratto, riguarda l'espletamento per la fornitura di N.03 Autoclavi di sterilizzazione per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotona;

CHE l'Amministrazione procederà ad individuare gli Operatori Economici da invitare che ritiene idonei per l'affidamento dell'appalto di che trattasi, mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale web dell'Azienda nella sezione ALBO PRETORIO - sottosezione BANDI DI GARA, per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici), come previsto dalle linee guida ANAC;

CHE in relazione alla tipologia dell'affidamento il criterio prescelto per la selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs n. 50/2016;

#### RITENUTO

DI approvare l'avviso per manifestazione di interesse, unitamente al Capitolato tecnico, allegati al presente atto per formarne parte integrante; di approvare il modello "Manifestazione di interesse" che dovrà essere compilato e sottoscritto dagli operatori interessati;

VISTO l'art. 36, comma 6 del D.lgs n. 50/2016;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, In materia di "Amministrazione trasparente";


### **DETERMINA**

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:


1. Di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, la Manifestazione di Interesse per l'avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura N.03 Autoclavi di sterilizzazione per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotona, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del richiamato decreto legislativo;
2. DI approvare, l'allegato avviso per manifestazione di interesse ed il Capitolato tecnico da pubblicare sul sito istituzionale dell'ASP di Crotona;
3. DI dare atto che la spesa presumibile a base d'asta di €. 65.000,00, oltre IVA sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
4. Di rinviare ad una specifica lettera di invito l'individuazione delle concrete modalità procedurali per effettuare la selezione dell'operatore economico;

5. Di riservare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona la decisione di procedere ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica offerta;
6. DI nominare Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;


Il Responsabile del procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Prov. Ec. e Gest. Log.  
Arch. Francesco Bennardo



Il Direttore Dipartimento Serv. Tecnico-Amministrativi  
Dott. Giuseppe Figo



=====

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 09 MAR 2021 con protocollo n. 0797 | .

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Direttore U.O.C.  
Affari legali e Generali  
Dott.ssa Anna Giordano



=====



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE LOGISTICA  
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"

## CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER LA FORNITURA DI NR. 03 AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE

Base Asta: Euro 65.000,00

### CAPITOLATO TECNICO

#### AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE

Descrizione come  
proposto da  
classificazione CND:

Eseguono la sterilizzazione di materiali termoresistenti con vapore saturo, sotto pressione, sotto vuoto e a elevate temperature (>110°C). Le autoclavi propriamente dette si distinguono dalle autoclavi per piccoli carichi avendo la camera di sterilizzazione un volume uguale o maggiore di una unità di sterilizzazione standard (300x300x600 mm, 54 litri).

Codice CND:

Z12011304

Autoclave a vapore saturo sotto pressione per la sterilizzazione di strumentario chirurgico e materiale termoresistente, così configurata:

#### *Requisiti minimi*

- Apparecchio utilizzato per la sterilizzazione con impiego di vapore a alta pressione e a alta temperatura, a vuoto frazionato
- Configurazione a singola porta scorrevole (orizzontale o verticale) e sistema di protezione anti-schiacciamento
- Dotato di camera di sterilizzazione di sezione rettangolare, con capacità indicativamente non inferiore a 1 US (unità di sterilizzazione)
- Camera di sterilizzazione e porta realizzate in acciaio inossidabile di elevato spessore (acciaio inox AISI 316 o equivalente) con basso grado di rugosità superficiale
- Camicia / intercapedine della camera realizzata in acciaio inossidabile (acciaio inox AISI 304 o equivalente)
- Coibentazione della camera eseguita con adeguati spessori di materiale termo-

isolante, per ridurre al minimo la dispersione del calore verso l'esterno e garantire la stabilità della temperatura

- Struttura portante e pannellature esterne realizzate in acciaio inossidabile (acciaio inox AISI 304 o equivalente)
- Circuito idraulico completamente in acciaio inossidabile (acciaio inox AISI 316 o equivalente), dotato di raccordi a tenuta meccanica e tubi coibentati
- Sistema di produzione autonoma del vapore con generatore integrato a riscaldamento elettrico, predisposto per il collegamento alla rete di distribuzione dell'acqua
- Pompa del vuoto a anello liquido multistadio a ridotto consumo idrico (o soluzione tecnologica equivalente) protetta contro le immissioni dirette di vapore
- Dotata di doppio sistema di controllo a microprocessore dei cicli di sterilizzazione
- Dotata di almeno i seguenti programmi di sterilizzazione preimpostati:
  - 134°C per materiali porosi
  - 134°C per strumentario chirurgico
  - 121°C per materiale in gomma
- Presenza di autotest diagnostici e di cicli di sterilizzazione e diagnosi pre-configurati (Bowie Dick, Helix Test, Vacuum Test)
- Dotata di display touch-screen di dimensioni indicativamente non inferiori a 6 pollici, per la visualizzazione di tutti i parametri di ciclo (ad esempio: fase del ciclo, diagrammi, temperatura, pressione, tempo, etc.) e l'indicazione delle anomalie di funzionamento, con interfaccia grafica semplice e intuitiva per l'impostazione delle funzioni e la gestione dei menù
- Dotata di dispositivi di sicurezza, fra cui:
  - Valvola di sicurezza certificata
  - Sistema che inibisce l'apertura porta in condizioni di pressione/vuoto della camera
  - Sistema che inibisce l'avvio dei cicli di sterilizzazione in condizioni di porte aperte
  - Dispositivo per l'apertura in sicurezza delle porte in caso di guasto o blocco del sistema di controllo
  - Sistema di controllo del livello dell'acqua
- Presenza di dispositivi ridondanti per il controllo della temperatura e della pressione all'interno della camera
- Dotata di stampante integrata per la documentazione del processo
- Dotata di sistema di allarmi (acustici e visivi) per i principali eventi critici
- Possibilità di personalizzazione cicli

- Dotata di sistemi per l'ottimizzazione dei consumi energetici e idrici
- Vano di servizio di facile accessibilità per agevolare le operazioni di manutenzione e convalida
- Bassa rumorosità
- Dotata di sistema trattamento acqua in ingresso composto da addolcitore e dispositivo filtrante a osmosi inversa (o soluzione tecnologica equivalente), di adeguate dimensioni
- Comprensivo nella fornitura:
  - Carrello esterno per il carico e lo scarico, dotato di 4 ruote pivottanti con sistema di blocco e di guide per lo scorrimento del carrello intero, completamente in acciaio inossidabile (acciaio inox AISI 304 o equivalente)
  - Porta cestelli interno completamente in acciaio inossidabile (acciaio inox AISI 304 o equivalente)
  - Cestelli di carico in numero adeguato (almeno num. 4)
- Convalidata secondo UNI EN 17665-1:2007 alla consegna e installazione
- Collaudata secondo le disposizioni della Direttiva 2014/68/UE, per quanto di pertinenza
- Completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo
- Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti
- Software di gestione e manualistica in lingua italiana
- Marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE e successivi emendamenti, con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo notificato che l'ha rilasciata.

### **Requisiti migliorativi**

- Dimensioni ed ingombri il più possibile ridotti e miglior compromesso capacità camera di sterilizzazione e dimensioni esterne
- Guide interne alla camera di sterilizzazione per facilitare l'inserimento di strutture di carico, facilmente removibili per agevolare le operazioni di pulizia della camera di sterilizzazione
- Dotata di ulteriori programmi di sterilizzazione e/o possibilità di personalizzare i cicli di sterilizzazione
- Dotata di sistemi di sicurezza aggiuntivi
- Dotata di eventuali sistemi per l'ottimizzazione del consumo energetico e per il risparmio e/o recupero dell'acqua
- Dotata di accorgimenti tecnologici di supporto alla ottimizzazione delle operazioni di carico e scarico

- Predisposta al collegamento al sistema informatico per la gestione della tracciabilità dei dispositivi sterilizzati
- Dotata di display touch-screen a colori
- Dimensione del display maggiore di quella indicata come minima

### **FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE**

---

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, GEST. LOGISTICA  
IL DIRETTORE F.F. ARCH. FRANCESCO BENNARDO  
POSTA CERTIFICATA: [ufficioabes@pec.asp.crotone.it](mailto:ufficioabes@pec.asp.crotone.it)

## AVVISO PUBBLICO

**DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER FORNITURA DI N.03 AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).**

Premesso che con determina \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ha manifestato la propria esigenza di Acquistare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, N.03 Autoclavi di sterilizzazione per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotone;

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare la richiesta, utilizzando il modello allegato - Manifestazione di interesse - che forma parte integrante del presente avviso, (All. 1), mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane SPA, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio, delle **ore** \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta - CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" - Scala B - Piano 3° int. B1 - 88900 CROTONE, è altresì possibile la consegna a mano direttamente o a mezzo di terze persone, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta o attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [protocollo@pec.asp.crotone.it](mailto:protocollo@pec.asp.crotone.it), entro lo stesso termine perentorio.

Gli Operatori Economici che intendono concorrere alla suddetta procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e precisamente:

- **Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;**
- **Iscrizione Camera di Commercio per l'attività oggetto del presente avviso, o iscrizione ad altre tipologie di albi;**
- **Possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 del succitato decreto.**

**Oggetto del contratto:**



Si allega al presente avviso per costituirne parte integrante il Capitolato tecnico ove è riportato l'oggetto del contratto e le caratteristiche tecniche del prodotto richiesto.

**Importo presunto:** La base d'asta è pari ad Euro 65.000,00, oltre IVA di competenza.

### **Criterio di aggiudicazione:**

Il contraente verrà selezionato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del richiamato decreto.

Il presente avviso è da intendersi quale "indagine di mercato" finalizzata esclusivamente a conoscere quali Operatori Economici siano potenzialmente interessati a fornire i prodotti in oggetto. L'avviso non vincola, quindi, l'Azienda in intestazione nei confronti dei Manifestanti interesse.

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l'ASP di Crotona individuerà gli Operatori idonei che saranno, successivamente invitati attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nella composizione della Richiesta di Offerta (RDO).

Eventuali richieste di chiarimenti, limitatamente alla presente fase di manifestazione di interesse, dovranno essere formulate per iscritto e indirizzate alla seguente e-mail: [architetto.bennardo@asp.crotone.it](mailto:architetto.bennardo@asp.crotone.it).

### **Codice in materia di protezione dei dati personali – D.LGS 196/2003**

I dati personali forniti dagli Operatori Economici ai fini della partecipazione alla presente procedura, saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

**Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP di Crotona nella sezione ALBO PRETORIO – sottosezione BANDI DI GARA, per un periodo di giorni 15.**

Il Direttore f.f. Provveditorato, Economato,  
Gest. Logistica  
F.to Arch. Francesco Bennardo

### **ALLEGATI:**

- 1. Modello Manifestazione di interesse**
- 2. Capitolato Tecnico**
- 3. Modello A-2 Patto di Integrità**

## ALLEGATO 1: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**OGGETTO; PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER FORNITURA N.03 AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).**

IL sottoscritto.....nato.il.....a.....  
Codice Fisc..... residente a.....  
indirizzo..... n. civico..... cap.....

### CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto indicata e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 445,

### DICHIARA

1. Di essere il legale rappresentante, con la qualifica di..... della ditta.....oggetto sociale..... con sede legale in.....indirizzo..... n.....cap..... Camera di Commercio di..... Cod. fisc.....P.IVA..... n. tel.....fax..... e-mail.....PEC..... ove potranno essere inviate comunicazioni (come disposto dall'art. 76 del D.lgs 50/2016);
2. di essere esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a),b),c),d).e),f),g), comma 2 "cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, comma 5, lett.re da a) a m);
3. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 del succitato decreto;
4. Di essere a conoscenza che il presente avviso è da intendersi unicamente quale "indagine di mercato" finalizzata esclusivamente a conoscere quali Operatori Economici siano potenzialmente interessati a fornire i prodotti

in oggetto, e pertanto, non vincola, l'Azienda in intestazione nei confronti dei Manifestanti interesse.

5. di aver preso visione ed accettare, senza riserva alcuna le condizioni contenute nell'avviso della procedura in oggetto;
6. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la procedura in oggetto.

Luogo....., data.....

timbro e firma

---

Il Legale Rappresentante

## **ALLEGATO A/2**

### **PATTO DI INTEGRITA' – art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"**

La sottoscritta Ditta \_\_\_\_\_, nella persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, si impegna ad osservare quanto segue:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

La società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ASP per 5 anni;
- b) escussione della garanzia a corredo dell'offerta;
- c) risoluzione del contratto;
- d) escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- e) responsabilità per danno arrecato all'ASP nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- f) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta.

La società, inoltre, è a conoscenza che il contenuto Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Luogo e data

Per presa visione e totale accettazione

Il Legale Rappresentante

---

Firma e timbro